



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO

Nº _____

Fls. _____ Livro _____

Data _____ / _____ / _____

Interessado:

PROTOCOLO: 2018 / 05 / 285554

Data: 07/05/2018

Hora: 08:57:06

Assunto: LICITACOES

SubAssunto: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Requerente: VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP

Endereço:

Assunto:



Responsável

Em face de { Deferimento
 { Indeferimento de favor requerido, o presente processo poderá ser arquivado.

Em..... / /

Ao

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
Departamento de Compras e Licitações

Edital de Pregão Presencial 25/2018

IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o artigo 41 § 2º da Lei 8666/93, a empresa VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 07.976.695/0001-90, vem, respeitosamente, apresentar tempestivamente Impugnação aos termos do Edital em referência, visando colaborar com o seu atendimento aos Procedimentos e Princípios Legais determinados pela legislação que estabelece os critérios para as compras públicas.

Considerando o disposto no edital 25/2018:

4 DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **02 (dois) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ocorre que as especificações descritas nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 06, estão direcionadas para um modelo específico, o que é **TAXATIVAMENTE vedado pela Lei 8666/93**, que regula todas as modalidades de licitação, conforme itens em destaque:

Item 06:

Desfibrilador Externo Automático DEA: Para uso em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade, através do uso de pás pediátricas (opcionais) - Comando de viva-voos em português. Resistente a quedas, vibrações, jatos de água e poeira. (IP 56) Forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules Tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor que 12 segundos para 200 joules - Leds que acendem indicando o estado da bateria (auto-testediário) e o correto procedimento durante um atendimento de emergência, concomitante ao que é instruído pela viva-voos - Metrônomo interno que auxilia o usuário no ritmoda RCP - Bateria de lítio com capacidade para 30 choques a 200 joules e monitorização contínua de 6 horas, ou 3 anos em stand by - Aprovado de acordo com os padrões da American HeartAssociations Guideline 2005 segue a diretriz 1-2-3 - Pás com bateria integrada, garantindo sempre equipamento pronto para o uso - Memória interna com capacidade para armazenagem de 45minutos de ECG e eventos com conexão USB (cabo e software opcionais). **Embalagem contendo 1 DEA HeartSine Samaritam Pad Modelo 300p** - Um (01) estojo - Um (01) par de pás adulto com baterias integradas. No Mínimo (01) Um ano de garantia.

Esta nítido o direcionamento no referido Pregão, pois até a marca e modelo estão inseridas no descritivo conforme grifado acima.

Visando a ampla concorrência e aproveitando o ensejo de atendimento à nossa solicitação, enviamos um descritivo genérico para o mesmo equipamento onde qualquer empresa que o comercialize possa participar, sendo assim mais vantajoso para a administração pública municipal.

Item 06:

Desfibrilador Externo Automático DEA: Para uso em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade, através do uso de pás pediátricas – Tela de ECG com comando de viva-vos em português. Forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules Tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor que 12 segundos para 200 joules - indicador do estado da bateria e o correto procedimento durante um atendimento de emergência, concomitante ao que é instruído pela viva-vos - Metrônomo interno que auxilia o usuário no ritmoda RCP - Bateria com capacidade para 30 choques a 200 joules e monitorização contínua de 6 horas, ou 3 anos em stand by - Pás adulto e infantil inclusas, garantindo sempre equipamento pronto para o uso - Memória interna com capacidade para armazenagem de 45 minutos de ECG e eventos com conexão USB (cabo e software inclusos). Embalagem contendo 1 DEA - Um (01) estojo - Um (01) par de pás adulto, (01) par de pás infantil. No Mínimo (01) Um ano de garantia.

Ao descrever os objetos do certame, a administração transcreveu os produtos no Anexo "I" – leia-se: **Item 06** - os quais, seguindo as especificações técnicas almejadas, restringe a participação de licitantes interessados, que possam eventualmente oferecer o melhor produto em consonância com os princípios da eficiência e economicidade.

Ou seja, em análise às especificações é de fácil verificação que existem exigências limitadoras ao número de participantes, pois as especificações dos equipamentos atenderão somente uma marca e modelo específico, o que se estaria vedando a participação de fornecedores de outros produtos com qualidades idênticas, ou até de características superiores ao exigido, pelo menor preço, *com as mesmas finalidades a que serão destinadas os referidos equipamentos para as atividades deste órgão licitante.*

Dessa forma, pelo exposto acima, não pode a Administração favorecer determinados fabricantes/marcas em detrimento de outras, pois restringe o melhor preço que poderá vir a ser praticado quando da oferta de lances.

Cascavel 03 de Maio de 2018.

Cordialmente,



Diego de Almeida

Sócio - Administrativo

RG: 1069013736 SSP/RS

CPF: 817.352.190-53

Viver Equipamentos Médicos Ltda - EPP

[07.976.695/0001-90]

VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA.- EPP

RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240

CANADÁ - CEP 85813-520

[CASCAVEL - PARANÁ]